


Smart Battery Leak Analyzer

BLD-1000



(주)가스디엔에이 인천광역시 서구 북항로 193번길 101 (원창동) A동(사무동), B동(생산동) 우편번호 : 22856
Tel: 032)584-7420 Fax: 032)584-7424 E-mail: gasdna@gasdna.com Web: <http://www.gasdna.com>

www.gasdna.com


제품개요

BLD-1000 2차전지 리크 감지기는 배터리 누액 여부를 확인 할 수 있는 국내 유일의 측정기 입니다.


제품사양

구 분	내 용
Model	BLD-1000
Measuring type	Auto suction
Measuring principle	NDIR
Measuring range	0~100 PPM
Resolution	0.1 PPM
Warm-up time	〈30 Minutes
Operation power	AC220V
Output signal	DC 4-20mA RS-485 Mode bus
Alarm signal output	0.5A/125V Relay contact (SPST)
Alarm value	AL1, AL2, Fault
Response time	〈7sec
Accuracy	±1%
Sampling Line	6Ø
Flow rate	0~1.5
Signal connection	1.5SQ*3wire
Operation temperature	-20~60℃
Operation humidity	5~95%R.H.(not condensing)
Measuring value display	7" TFT LCD Korean manual or English manual
Dimensions	228(W) X 164(H) X 311(D)

외 형 치 수



정면도



측면도